



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 3

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

OPERSAN RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A. / LABORATÓRIO OPERSAN

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0334	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MEIO AMBIENTE	ENSAIOS QUÍMICOS	-
ÁGUA RESIDUAL	Determinação de Sólidos Suspensos Totais por Secagem a 103-105°C LQ: 10,0 mg/L	SMWW, 24 ^a . Edição, Método 2540 D
	Determinação de Sólidos Sedimentáveis LQ: 0,1 mL/L	SMWW, 24 ^a . Edição, Método 2540 F
	Determinação de Metais Totais e Solúveis pelo Método de Espectrometria de Absorção Atômica com Chama (Ar-Acetileno e Acetileno-Óxido Nitroso) Cádmio: LQ: 0,60 mg/L Cobre: LQ: 0,60 mg/L Chumbo: LQ: 0,60 mg/L Cromo: LQ: 0,60 mg/L Estanho: LQ: 2,00 mg/L Níquel: LQ: 0,60 mg/L Ferro: LQ: 5,00 mg/L Zinco: LQ: 0,30 mg/L	Preparo: SMWW, 24 ^a . Edição, Métodos 3030K / 3030 B e EPA 3015A:2007 Determinação: SMWW, 24 ^a Edição, Método 3111B e EPA 7000B:2007
	Determinação de pH pelo Método Eletrométrico Faixa de Trabalho: 2 a 12	CTO.JUNDIAÍ.PP. LAB.016

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 30/04/2024

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 2

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0334	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS QUÍMICOS</u>	
ÁGUA RESIDUAL (continuação)	Determinação de Demanda Química de Oxigênio pelo Método do Refluxo Fechado seguido por espectrofotometria LQ: 100 mg /L	SMWW, 24ª. Edição, Método 5220 D
	Determinação de Fenol pelo Método Colorimétrico da 4-Aminoantipirina LQ: 0,50 mg/L	CTO.JUNDIAÍ.PP.LAB.022
	Determinação de Fluoreto pelo Método do eletrodo Íon Seletivo LQ: 0,10 mg/L	SMWW, 24ª. Edição, Método 4500 F- C
XXXX	XXXX	XXXX

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 - ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 3

ACREDITAÇÃO N°	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 0334	INSTALAÇÃO DE CLIENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>ENSAIOS QUIMICOS</u>	-
ÁGUA RESIDUAL	Determinação de pH pelo Método Eletrométrico Faixa de Trabalho: 2 a 12	SMWW, 24ª. Edição, Método 4500 H+ B
	Determinação de Temperatura Faixa de Trabalho: 5 a 40°C	SMWW, 24ª. Edição, Método 2550 B
XXXX	XXXX	XXXX
<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>AMOSTRAGEM</u>	
ÁGUA RESIDUAL	Amostragem em Reservatórios, Tanques Fechados ou Abertos, Tanque Enterrado, Tanque Apoiado, Reatores de Tratamento e Containers, Tambores, Bombonas, Tanques de Decantação, Caixas Separadoras, Galões e Frascos, Lagoas, Caminhões e Caçambas	SMWW, 24ª. Edição, Método 1060 CTO.JUNDIAÍ.PP. LAB.011
XXXX	XXXX	XXXX