



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 2

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

BRASTRAFO DO BRASIL LTDA / BRASTRAFO

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 1337	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MOTORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELÉTRICOS	ENSAIOS QUÍMICOS	
LÍQUIDOS ISOLANTES ELÉTRICOS	Determinação do teor de Bifenilas Policloradas (PCB) por cromatografia gasosa (CG-ECD) LQ = 2 mg/kg	ABNT NBR 13882:2021
	Determinação de gases dissolvidos por cromatografia gasosa com detector de ionização de chama e detector térmico de condutividade (GC-FID-TCD) LQ= H ₂ :6ppm / O ₂ :50ppm / N ₂ :50ppm / CO:8ppm / CH ₄ :9ppm / CO ₂ :10ppm / C ₂ H ₄ :16ppm / C ₂ H ₆ :15ppm / C ₂ H ₂ :5ppm	ASTM 3612:2017- método C
X-X-X-X-X	X-X-X-X-X	X-X-X-X-X

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 07/06/2023

