



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

INTERMETRO SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

**MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS DE
MEDIÇÃO E
CONTROLE**

ENSAIOS MECÂNICOS

BOMBAS DE AMOSTRAGEM
DE AR

Ensaio de performance em bombas de amostragem de ar. Parâmetros verificados/determinados:
Verificação da Estabilidade da Vazão em Função do Tempo Faixa: 480ml/min até 6000 ml/min
Verificação do Controle da Vazão em Função da Pressão Faixa: 480ml/min até 6000 ml/min para pressão <140 polca

PCG-024

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 23/12/2022